

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ТЮМЕНСКИЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ,
МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ
(ФГУ «Тюменский ЦСМ»)

С В И Д Е Т Е Л Ь С Т В О
о б а т т е с т а ц и и М В И

№ 130

Дата выдачи: 24 июня 2005 г.

Методика выполнения измерений расхода и количества газа, разработанная ЗАО «Даймет» и регламентированная в документе

**«Объем и расход газа. Методика выполнения измерений
при помощи счетчиков газа «Dymetic»**

аттестована в соответствии с требованиями ГОСТ Р 8.563-96.

Аттестация осуществлена по результатам расчетно-экспериментальных и теоретических исследований МВИ.

В результате аттестации МВИ установлено, что МВИ соответствует предъявляемым к ней метрологическим требованиям.

Пределы допускаемой относительной погрешности измерений объема газа, приведенного к стандартным условиям по ГОСТ 2939-63, для различных комплектаций счетчика представлены на обороте.

Директор центра



В.В. Вагин