



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СУРГУТНЕФТЕГАЗ»

Нефтегазодобывающее управление «Комсомольскнефть»

структурное подразделение

ул.Пионерная, 26, пос.Федоровский, Сургутский район, Тюменская обл., Российская Федерация, 628456
Тел. (3462) 42-16-49, факс (3462) 41-68-57

24 апреля 2009 г.

№ 03-01-39-1420

Разрешаю



Главному инженеру –
первому заместителю
генерального директора
ОАО «Сургутнефтегаз»
А.Н.Буланову

О закупе датчика
расхода газа

Проведенные эксплуатационные испытания ультразвукового датчика расхода газа «Dymetic-1223» на трубопроводе газа на факел высокого давления объекта ДНС-1А Русскинского месторождения признаны положительными. В процессе эксплуатационных испытаний определен ряд положительных моментов по сравнению с эксплуатируемыми термомассовыми расходомерами СУРГ 1.000-Ех.

На основании вышеизложенного прошу Вашего разрешения закупить датчик расхода газа «Dymetic-1223» в количестве одного комплекта и продолжить на объекте эксплуатацию с целью определения наработки на отказ.

Главный инженер



С.Н.Матвеев

СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника технического
управления ОАО «Сургутнефтегаз»



А.Ф.Зенов

Главный метролог ОАО «Сургутнефтегаз»

В.П.Сухарев